



Anthogyr SAS

2 237, Av. André Lasquin
74700 Sallanches - France
Phone : +33(0)4 50 58 02 37
Fax : +33(0)4 50 93 78 60
www.anthogyr.com
Email : contact@anthogyr.com

Edition : 2019-02

REF. 063PROTHESE-04_NOT_AZ

Anthogyr diş implant məhsul çeşidlərinin yığma protez komponentləri: Axiom® REG; Axiom® PX; Axiom® 2.8; Anthofit® HE



Avropa Direktivinə 93/42/EEC uyğun Tibbi Cihaz.



Diqqət: Əlavə edilmiş təlimatlara əməl edilməlidir; Təhlükə.



İstifadə üçün ehtiyat tədbirlərinə baxın.



Təkrar istifadə etməyin.



İrradasiya yolu ilə sterilizasiya edilmişdir.



Steril deyil.



Buxar sterilizatorunda müəyyən edilmiş temperaturda qablaşdırılmadan sterilizasiya.



Buxar sterilizatorunda sterilizasiya etməyin.



Son istifadə tarixi.



Kataloq üzrə istinad.



Partiya nömrəsi.



Qablaşdırılmasında zədələnmə olarsa istifadə etməyin.



Quru saxlamaq.



İşıq düşməyən yerdə saxlayın.



İstehsalçı.



İstehsal tarixi.



Federal (ABS) qanunları bu cihazın satışını səlahiyyətli stomatoloqlar tərəfindən sifarişlə məhdudlaşdırır.



Rusiya standartları və normativlərinə uyğun gəlir.

GTIN : Global Trade Item Number

Təlimatlar

Yığma protez komponentləri implant dəstəklə protezlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müalicəvi protez komponentləri müalicə dövründə diş ətinə əvvəlcədən formalaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Vint qapaqları və piltələri inteqrasiya dövründə implantasiyanın birləşməsinə mühafizə edir. Digər protez komponentləri qapaq, körpü və hybrid protezləri kimi müvəqqəti və ya daimi protez rekonstruksiyalarının dəstəklənməsini təmin etmək üçün birbaşa yaxud da dolayısı ilə Anthogyr diş implantasiyasına yerləşdirilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Axiom® 2.8 məhsul xəttinin protez komponentləri yalnız tək qapaqların dəstəklənməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xəbərdarlıqlar və Ehtiyat Tədbirləri



Bu komponentləri yalnız diş implantasiyası sahəsində dərin təlim almış həkimlər taxmalıdır. Aşağıdakı təlimatlar özlüyündə Anthogyr implantasiya sistemlərinin tam təhlükəsiz həyata keçirilməsi üçün kifayət deyillər. Siz mütləq implantasiyanın növünə müvafiq olaraq cərrahiyyə dərslərinin təlimatlarına əməl etməlisiniz. Bu sənədlərin hər biri cərrahiyyə dəsti ilə çatdırılır.

Bu sənədlər ifu.anthogyr.com internet sahifəsindən və ya Anthogyr-in aşağıdakı ünvanına müraciət etməklə əldə oluna bilər.

Hava buraxması və ya ağız daxili istifadə zamanı udmanın qarşısını almaq üçün kiçik komponentlər möhkəmcə bərkidilməlidir.

Bu istifadə təlimatında əks etdirilən prosedurlara əməl edilməməsi aşağıdakı fəsadlardan biri və ya bir neçəsi ilə nəticənə bilər:

- implant, protez komponenti və yaxud da digər komponentlərin korlanması
- protez komponentinin və yaxud da digər komponentlərin laxlaması
- qapaqların, körpülərin, hybrid protezlərinin, yaxud da digər yekun protez hissələrinin bərpa edilməsində yanlışlıq və yaxud disfunksiya
- xəstələrin çeynəməsinin normal şəkildə formalaşma bilməməsi
- implantasiyadan imtina
- implantasiyanın laxlaması

Müvəqqəti bərpa etmələr yumulu ağızda dişlərin vəziyyətindən kənarında yerləşdirilməlidirlər.

İmplantasiyanın yerdəyişməsinin və yaxud da digər komponentlərin laxlamasının qarşısını almaq üçün müvəqqəti protez

komponentlərini çıxarmaq üçün fırlanan hərəkətlərdən istifadə etməyin.

Protez komponentləri və ya digər elementləri təmir etmək üçün istifadə olunan müvəqqəti sement, sement yaxud digər materiallarla onların maddi istehsalçılarının təlimatlarına uyğun olaraq rəftar edilməlidir.

Təsvir - uyğunluqlar

Bu yığma protez komponentləri yalnız Anthogyr Axiom® REG; Axiom® PX; Axiom® 2.8; Anthofit® HE implantasiya bərpaları zamanı istifadə edirlər. Müvafiq Anthogyr implantasiyasının birləşdirilməsi üçün orijinal Anthogyr hissələrdən istifadə etdiyinizdən əmin olun: zədələnmə, zərər və implantasiyanın disfunksiyası, komponentlərin və ya aksesuarların zədələnməsi riski.

Müxtəlif Anthogyr implantasiya sistemlərinin protez komponentləri aşağıdakı cüt istisna olmaqla bir-birini əvəz edən deyillər: Axiom® REG/Axiom® PX. Sizin klinik vəziyyətinizə uyğun olaraq geniş çeşiddə hissələr mövcuddur: protezin xülasəsinə və ya implantasiya sisteminin istifadəçi təlimatına baxın.


Sterilizasiya

Steril təhvil verilən protez komponentləri **STERILE** ilə etiketlənir.


Əgər qablaşdırılma açılmış və ya zədələnməmişdirsə yaxud da son istifadə müddətindən keçmişdirsə bu komponentlərdən istifadə etməyin.

Bu məhsullar təmiz, quru və sərin yerdə saxlanılmalıdır. Anthogyr sterilizasiyası zamanı sterilizasiya statusu göstərici qırmızıya çevrilir. Bu öz-özlüyündə məhsulun sterilliyinə zəmanət vermir. Bu implantasiya və ya protez platforma diametrinin kodlaşdırma rəngi ilə qarışdırılmamalıdır.

Titan, titan xəlitəsi və ya PEEK materiallarından hazırlanmış protez komponentlərini ən azı 20 dəqiqə ərzində 135°C (275°F) temperatur və 2,13 bar atmosfer təzyiqində buxar sterilizatorunda nəm istilikdə təkrar sterilizasiya etmək mümkündür.

Təqdim olunan qeyri-steril protez detalları loqotip əsasında müəyyən olunur:  onlar ifu.anthogyr.com internet sahifəsindən təqdim olunan və ya yuxarıda qeyd olunan

Anthogyr internet sahifəsinə sorğu göndərməklə verilən sterilizasiya təlimatına əsasən təmizlənməli, deaktiv və sterilizə olunmalıdır.

Buxar sterilizatorunda nəm istilikdə sterilizasiya (ən azı 20 dəqiqə ərzində 135°C [275°F] temperatur və 2,13 bar atmosfer təzyiqində) yalnız  ilə əlaqəli olan əvvəlcədən original paketindən çıxarılmış və müvafiq çantaya qoyulmuş protez komponentləri üçün mümkündür.

Anthogyr B sinfi buxar sterilizatorundan istifadə etməyi tövsiyə edir.

Zirkonia protez komponentlər avtoklavda sterilizə edilməməlidir. Onlar 160°C [320°F] quru temperaturda 4 saat sterilizə edilməlidir.

Protokol

Protez komponentlərinin ölçüləri və növləri: etiketə baxın.

Sınaq körpülərdən başqa protez komponentləri təkrar istifadə edilməməlidir. Funksional səthlərin korlanması riski.

Protez komponentinin bərkidilməsi və ya ona hər hansı təsir edilməsindən əvvəl əmin olun ki, bərkidilmədə protez komponentlərinin implantasiyada davamlılığına xələl gətirə biləcək hər hansı maye və ya digər maddələr yoxdur.

Əgər mövcuddursa, hər bir protez komponenti yalnız öz orijinal vinti ilə istifadə edilməlidir.

Protez vint komponentləri aşağıdakı cədvələ görə tövsiyə edilən fırlanma anı ilə və INCCD və ya FIRLANMA ANINA NƏZARƏT edən dinamometrik matqab və ya OPCS100 cərrahi qaykaçağının köməyi ilə əl ilə sıxılmalıdır.

Axiom® REG və Axiom® PX Protez Komponentləri	
Komponentin növü	Tövsiyə olunan bərkitmə Qüvvəsi
M1.6 yivli protez komponentləri	25 N.sm
M1.4 yivli protez komponentləri	15 N.sm
MU/OPAC/OPSC bağlayıcı vint / düzəldici vint / qoruyucu qapağın	əl ilə orta sıxma (<10 N.sm).
Digər müvəqqəti protez komponentləri	əl ilə bərkidilmə

Anthofit® HE protez komponentləri	
Komponentin növü	Tövsiyə olunan bərkitmə Qüvvəsi
M2 yivli daimi protez komponentləri	35 N.sm
M1.4 yivli daimi protez komponentləri	15 N.sm
PEEK materialından hazırlanmış müvəqqəti protez komponentləri	15 N.sm
Digər müvəqqəti protez komponentləri	əl ilə bərkidilmə

Tövsiyə olunan qayka həcmindən az olan qayka həcmi protez komponentlərinin laxlanması ilə nəticələnə bilər ki, bu da protez komponentlərinin/ və ya implantasiya komponentlərinin yeyilməsinə səbəb ola bilər. 35 N.cm -dən uzun qayka nəqlətmədə uğursuzluqla nəticələnə bilər və/və yaxud protez komponentinin /və yaxud implantasiya komponentinin /və yaxud aksesuarının yeyilməsinə səbəb ola bilər.

Axiom® 2.8 məhsul çeşidlərinin təsir məruz qalmış daimi protez komponentləri yalnız implantasiya SafeLock® alətinin müvafiq ucluğu ilə sümüyə bərkidildiyi zaman taxılmalıdır. Tövsiyə olunan təsirlərin sayı: 5.

Daimi taxılmış protez komponentləri çıxarılmamalıdır: implantasiya birləşdirilməsinin zədələnməsi riski.

Axiom® 2.8 məhsul çeşidlərinin PEEK materiallarından hazırlanmış müvəqqəti protez komponentləri OPCF100 yaxud OPOP028 açarları vasitəsi ilə əl ilə təzyiq göstərilməklə taxılmalı, SafeLock® aləti ilə təsir göstərilməməlidir. Müvəqqəti protezlərin qonşu dişləri dəstəkləmə sistemləri olmalıdır. Birləşdirici hissəyə heç zaman sement tətbiq etməyin.

Protez komponentlərini yerləşdirməzdən əvvəl implantasiyanın kifayət qədər dayanıqlı olduğunu yoxlayın.

Yığma protez komponentlərinin dəyişdirilməsi:

Yalnız əgər xəstənin anotomiyası və ya klinik vəziyyətinin bunu tələb edərsə nəzərə alınmalıdır.

Protez komponentlərinin yenidən işlənməsi protezin rekonstruksiyasının mexaniki davamlılığına xələl gətirə bilər və bu uğursuz implantasiya ilə nəticələnə bilər. Əlavə olaraq, qəlib götürmək üçün elementlərin taxılmasına mane ola bilər.

Z Plus zirkonia abatmentinin yenidən işlənməsi ən azı 3 mm sementləşdirmə hündürlüyünün və 0,5 mm-dən böyük olan hörgü telinin təmin edilməsi üçün məhdudlaşdırılmalıdır. Zirkonia hissələrinin yenidən işlənməsi kənarları xırda dənəli almazdan hazırlanmış kəsicilə ilə yüksək sürətlə və bol irriqasiya altında həyata keçirilməlidir. Səthin vəziyyətini diş əti səviyyəsində saxlamaq üçün görünüş profili yenidən işlənməməlidir.

Əks göstərişlər

İstifadə olunan materialların kimyəvi komponentlərinə qarşı allergiya və ya həddən artıq həssaslıq: titan, titan xəlitəsi (Ti-6Al-4V ELI.), PEEK, PMMA, Zirconia 3Y-TZP, qızıl xəlitəsi (Ceramicor®, Pivozyl®).

Axiom® məhlulu azıdışı bölgəsi üçün əks təsirə malikdir:

- hündürlüyü 1.5 mm və diametri Ø4.0 və Ø5.0 olan AxIN® BL bazalarında.
- N və R platformalarında 1.5 mm boğaz hündürlüyü olan toxuma səviyyəsi implantları üçün

Xəstəyə dair məlumat

Xəstə müntəzəm tibbi nəzarətlə razılaşmalı və protez rekonstruksiyasının səmərəliliyində gözlənilməyən dəyişiklik hallarında öz həkimini ziyarət etməlidir.

Xəstənin diqqəti müntəzəm ağız içi gigiyenasına yönəldilməlidir.

Təhlükəsizlik, məsuliyyət

Bu məhsul yalnız Anthogyr komponentləri və alətləri ilə istifadə edilməlidir. İstifadəçi bu məhsulun düzgün istifadəsi və onunla rəftar edilməsi üçün tam məsuliyyət daşıyır. Hər bir komponent kataloqa istinadən və partiya nömrəsi ilə etiketləndirilmişdir: istifadəçi hər bir xəstə üçün istifadə edilən komponentlərə operativ nəzarəti təmin etməlidir.

Taxmanı həyata keçirən avadanlıq prosedurunun nəticəsi olan tullantının tibbi tullantı kimi kənarlaşdırılmağa (qablaşdırma, ayrılmış component və s.) məsuliyyət daşıyır.

Anthogyr cərrahi protokola riayət etməmə ilə əlaqədar olan tibbi uğursuzluq hadisəsinə görə məsuliyyəti inkar edir.

Anthogyr etibarınıza görə sizə təşəkkür edir və sizi hər hansı əlavə informasiya ilə təmin etmək üçün müsaidir.