



Implanturi Axiom® TL REG/PX/X3

Instrucțiuni de utilizare

1. Descrierea produsului

Implanturi Axiom® Tissue Level REG	Implanturi Axiom® Tissue Level PX	Implanturi Axiom® Tissue Level X3
		

Implanturile Axiom® Tissue Level REG/PX/X3 (Axiom® TL REG/PX/X3) fac parte din sistemul Axiom® Multi Level®, un concept care oferă o gamă de implanturi dentare endosoase cu diferite designuri (lungime, diametru, profil filet, platformă etc.) și părțile protetice, componentele de vindecare și instrumentele auxiliare corespunzătoare.

Implanturile Axiom® Multi Level® sunt implanturi cu o suprafață endosoasă sablată cu BCP (fosfat de calciu bifazic).

Implanturile dentare Axiom® Multi Level® pot fi utilizate postextracțional sau după pierderea dinților naturali pentru a restabili funcția de masticatie. Restaurările protetice disponibile includ coroane unice, punți și proteze parțiale sau totale, care sunt conectate la implanturi prin bonturile corespunzătoare.

Aceste instrucțiuni de utilizare se aplică pentru următoarele implanturi dentare:

- Implanturi Axiom® TL REG
- Implanturi Axiom® TL PX
- Implanturi Axiom® TL X3

Implantul este furnizat împreună cu un șurub de acoperire, disponibil în interiorul ambalajului.

Materiale:

Aliaj ELI titan-6aluminiu-4vanadiu:

Componente chimice	Compoziție, % (masă/masă)
Aluminiu	5,50 la 6,50
Vanadiu	3,50 la 4,50
Fier	≤ 0,25
Oxigen	≤ 0,13
Carbon	≤ 0,08
Azot	≤ 0,05
Hidrogen	≤ 0,012
Titan	Echilibrat

2. Scopul utilizării

Implanturile Axiom® TL REG/PX/X3 sunt concepute pentru a înlocui rădăcinile dinților lipsă și pentru a oferi suport pentru restaurarea dentară.

3. Indicații

Implanturile Axiom® TL sunt indicate pentru stabilizarea protezelor detașabile sau pentru fixarea restaurărilor unidentare sau multiple.

Implanturile Axiom® TL pot fi utilizate în intervenții chirurgicale efectuate într-o etapă sau în două etape, la nivelul maxilarului superior și inferior al pacienților parțial sau total edentați, pentru a restabili funcția unui dinte lipsă. Acestea pot fi inserate cu funcție imediată în situații clinice adecvate (stabilitate primară bună și încărcare ocluzală adecvată).

Implanturile Axiom® TL PX sunt proiectate pentru a obține o bună stabilitate primară la nivelul osului moale. Acestea sunt adecvate pentru inserarea imediată sau întârziată.

Implanturile Axiom® TL X3 sunt concepute pentru utilizare imediată în situații clinice adecvate (stabilitate primară suficientă și sarcini ocluzive corespunzătoare).

4. Beneficii clinice

Restabilirea funcției unui dinte lipsă: osteointegrarea în osul maxilarului, biocompatibilitatea, rezistența la forțele masticatorii și asigurarea sprijinului pentru componentele protetice.

5. Tipul de pacient și profilul utilizatorului

Implanturile Axiom® TL REG/PX/X3 sunt destinate utilizării la pacienți adulți parțial sau total edentați care nu prezintă niciuna dintre afecțiunile menționate în secțiunea „Contraindicații”.

Implanturile Axiom® TL REG/PX/X3 trebuie utilizate de un chirurg cu experiență în implantologie dentară.

6. Contraindicații

Implanturile Axiom® TL REG/PX/X3 sunt contraindicate în următoarele situații:

- Alergii sau hipersensibilitate la ingredientele chimice din materialele utilizate și menționate la cap. „Descrierea produsului”.
- Contraindicații absolute: boli grave (tumori, boli cardiace etc.), tulburări de metabolism, boli hematologice necompensate, dependență de droguri, alcoolism, psihoză, tulburări funcționale, xerostomie, deficiență imună, tulburări ale leucocitelor, tratamente locale sau sistemice (steroidiene, anticoagulante, chimioterapie sau radioterapie etc.).
- Contraindicații relative: bruxism, stres ocluzal, parafuncție, anatomie osoasă nefavorabilă, sarcină, creștere nefinalizată, igienă orală insuficientă, fumat,

lipsa motivației sau a cooperării, os iradiat, boală parodontală necontrolată, infecții sau inflamații orale.

- Contraindicații localizate: Resorbție excesivă și/sau os de calitate slabă, reziduuri radiculare locale.

Contraindicații specifice:

Implanturile Axiom® TL X3 cu un diametru de 3,4 mm nu sunt potrivite pentru restaurări unitare în zona molarilor.

7. Avertisment

Intervenția chirurgicală de implantare este o procedură dentară complexă. Tehnicile incorecte pot provoca eșecul implantului și/sau pierderea suportului osos. Este nevoie de o pregătire și o calificare corespunzătoare și o bună cunoaștere a tehnicilor chirurgicale cu produsele Anthogyr. Anthogyr oferă instruire specifică.

8. Atenție/precauții

Utilizare clinică:

Dispozitive de unică folosință: a nu se reutiliza și a nu se resteriliza. Risc de contaminare și risc de alterare a suprafețelor funcționale.

Este important să efectuați evaluarea și planul de tratament preclinice, care să ia în considerare constrângerile anatomice ale viitoarei restaurări.

Nu utilizați un implant după data de expirare indicată pe ambalaj.

Sunt necesare instrumente specifice pentru inserarea implanturilor PX în osul D1. Acestea sunt vândute separat de trusele chirurgicale Axiom® și este posibil să nu fie disponibile în toate țările.

Informații de siguranță pentru imagistica prin rezonanță magnetică (RMN):

Au fost efectuate teste non-clinice și simulări RMN de către Institut Straumann AG pentru a evalua sistemul de implant dentar oferit de Anthogyr. Testele non-clinice demonstrează că aceste produse prezintă compatibilitate RM condiționată. Un pacient cu implanturi Anthogyr Dental Implant System poate fi supus în siguranță unei examinări într-un sistem RM, în condițiile următoare:

- Câmp magnetic static doar de 1,5 Tesla și 3 Tesla
- Gradientul spațial maxim al câmpului magnetic de 4.000 gauss/cm (40 T/m)
- Rata de absorbție specifică (SAR) maximă raportată de sistemul RM ca medie pe întregul corp de 2 W/kg și media SAR pentru cap de 3,2 W/kg, pentru 15 minute de scanare (adică per secvență de puls) în modul de funcționare normal

Condițiile de scanare definite mai sus vor produce o creștere maximă a temperaturii de 4,9 °C în implanturile din sistemul de implanturi dentare Anthogyr după 15 minute de scanare continuă (adică per secvență de puls).

În cadrul testelor non-clinice, artefactul imaginii cauzat de implanturile dintr-un sistem de implanturi dentare Anthogyr se extinde cu aproximativ 10 mm de la acest dispozitiv, atunci când este prezentat cu o secvență de puls cu ecou de gradient și un sistem RM de 3 Tesla.

9. Riscuri reziduale și reacții adverse

Rezultatul clinic al tratamentului stomatologic este influențat de mai mulți factori. Următoarele riscuri reziduale și reacții adverse sunt asociate cu utilizarea Axiom® TL REG/PX/X3 și pot face necesare tratamente dentare suplimentare la cabinetul stomatologic:

Riscuri reziduale:

- tratament suplimentar în cabinetul stomatologic;
- probleme de mușcătură/masticație/fonetică;
- compresie osoasă;
- deteriorarea osului;
- deteriorarea dintelui alăturat/antagonist;
- disconfort;
- hiperplazie;
- hipersensibilitate/reacție alergică;
- fracturarea implantului;
- leziuni ale gingiei;
- iritație/inflamație;
- infecție locală sau sistemică (inclusiv periimplantită, parodontită, gingivită, fistulă);
- durere locală;
- durată de recuperare/vindecare mai lungă decât cea preconizată;
- pierderea implantului;
- pierderea componentei protetice;
- deteriorarea nervului, cu efectul posibil de durere cronică;
- parestezie, disestezie;
- rezultat estetic necorespunzător;
- posibilitatea de prelungire a intervenției chirurgicale;
- posibilitatea de explantare chirurgicală a implantului;
- posibilitatea de înghițire/inhalare a componentelor mici în timpul procedurii;
- rechemarea la cabinetul stomatologic;
- perforarea sinusului.

Reacții adverse:

- echimoză;
- inflamație locală;
- echimoze;

- resorbția crestei maxilare / mandibulare;
- infecție locală;
- sângerare minoră.

10. Informații privind compatibilitatea

Implanturile și componentele protetice Anthogyr sunt disponibile într-o varietate largă de configurații. Sunt adecvate pentru utilizare doar piesele Anthogyr care sunt compatibile cu conexiunea implantului. Pentru informații suplimentare, consultați manualele enumerate la cap. „Informații suplimentare”.

11. Curățarea și decontaminarea

Implanturile Axiom® TL REG/PX/X3 sunt furnizate în stare sterilă (sterilizare GAMMA) și sunt destinate unei singure utilizări. Nu curățați și nu sterilizați implanturile. Curățarea, decontaminarea și sterilizarea pot compromite caracteristicile materiale și de design esențiale ale implanturilor și pot duce la eșecul dispozitivului.

12. Sterilizarea

Implanturile dentare Anthogyr sunt livrate în condiții sterile. Înainte de deschidere, verificați întregul ambalaj al dispozitivului, pentru a nu fi deteriorat. Implanturile cu ambalaj deteriorat nu trebuie utilizate. Se recomandă să aveți implanturi de rezervă la îndemână, pregătite pentru utilizare. Ambalajul de tip blister, dacă este intact, protejează implantul sterilizat de orice influență externă și, dacă este păstrat corespunzător, garantează caracterul steril până la data expirării. Ambalajul de tip blister nu trebuie deschis înainte de utilizarea implantului. Când scoateți implantul din ambalajul steril, respectați regulile de asepsie.

Anthogyr nu își asumă nicio răspundere pentru implanturile resterilizate, indiferent de persoana care a efectuat resterilizarea și de metoda utilizată. Sub nicio formă nu se va introduce în gura pacientului un implant utilizat anterior sau care nu este steril. Dacă ambalajul original este deteriorat, Anthogyr nu va accepta returnarea conținutului.

13. Protocol de utilizare

Pentru instrucțiuni pas cu pas, consultați broșurile enumerate la cap. „Informații suplimentare”.

Etapa 1: Planificarea preoperatorie

Tipul, diametrul și lungimea implantului, diametrul și înălțimea platformei, precum și numărul de implanturi care urmează să fie utilizate și poziționarea acestora trebuie stabilite în prealabil, luând în considerare anatomia pacientului și statusul oral.

Pentru aceasta, utilizați șabloanele cu raze X disponibile în gamă sau o bibliotecă digitală.

Etapa 2: Pregătirea locului pentru implant

- Marcați locul cu o freză de marcare sau freză rotundă.
- Fiecare loc trebuie pregătit folosind o succesiune progresivă de diametre de frezare, în funcție de diametrul implantului și densitatea osoasă. Asigurați-vă că nu depășiți niciodată adâncimea de perforare planificată: utilizarea opritoarelor de adâncime pe fiecare instrument rotativ sau utilizarea burghiilor cu opritor sau a unui contraunghi prevăzut cu un sistem de oprire.

Consultați indicațiile „pas cu pas” de la cap. „Informații suplimentare”. Medicul trebuie să adapteze cât mai bine posibil succesiunea de frezare/tarodare la cazul clinic (în special cu privire la densitatea osoasă).

Evitați supraîncălzirea osului atunci când frezați și când strângeți implantul, pentru a reduce riscul de pierdere osoasă în faza de osteointegrare. Riscul de supraîncălzire a osului poate fi redus prin realizarea irigații.

Etapa 3: Scoaterea implantului din ambalaj

Implantul este ambalat într-o cutie de carton cu ambalaj steril, format dintr-un blister sigilat și un tub cu capac.

- Scoateți blisterul din cutia de carton în afara câmpului steril.
- Deschideți sigiliul fără a atinge interiorul blisterului.
- Lăsați tubul cu capac să cadă ușor în câmpul steril.

Avertisment: Manipularea trebuie efectuată astfel încât să evitați contactul direct cu suprafața exterioară a implantului. Când manipulați implantul, procedați cu grijă pentru a nu-l scăpa în cavitatea orală a pacientului. Implantul este mobil după ce deschideți tubul și opritorul. Asigurați-vă că țineți tubul în poziție verticală în timpul manipulării, cu accesul la implant orientat în sus.

- Deschideți ambalajul cu o mână.
- Folosiți cheia sau mandrina corespunzătoare a implantului pentru a ridica implantul direct.

1. Apăsăți pe zonele indicate de pe ambalaj pentru a imobiliza implantul

2. Conectați instrumentul de strângere a implantului la implant

Asigurați-vă că instrumentul este cuplat suficient în conexiunea implantului înainte de a-l scoate din ambalaj; pentru a face acest lucru, asigurați-vă că prima porțiune gri nu mai este vizibilă.

3. Dați drumul la ambalaj pentru a elibera implantul

4. Scoateți implantul din ambalaj

DACĂ ESTE NECESAR, INTRODUCETI DIN NOU IMPLANTUL ÎN AMBALAJ ÎN TIMPUL INTERVENȚIEI CHIRURGICALE

1. Poziționați implantul între materialele de ambalaj
2. Apăsăți pe zonele indicate de pe ambalaj pentru a imobiliza implantul
3. Deconectați instrumentul de strângere a implantului de la implant
4. Dați drumul la ambalaj

Tabel de informații privind compatibilitatea

Tipul implantului	Tip de conexiune	Componente compatibile	Instrumente compatibile
Axiom® Tissue Level	inLink®	inLink®	Instrumente pentru implanturi Axiom® TL (aur) incluse în kitul chirurgical
	M1.6	Axiom® TL	
		LOCATOR® (bonturi dentare) de la ZEST DENTAL	
Tipul implantului	Tipul de platformă	Componente compatibile	
Axiom® Tissue Level	Ø 4,0 mm / N	Componentele Axiom® TL identificate cu un „N” marcat cu laser	
		Componente Axiom® TL roz	
	Ø 4,8 mm / R	Componentele Axiom® TL identificate cu un „R” marcat cu laser	
		Componente Axiom® TL albastre	

Etapa 4: Inserarea implantului PLASAREA CU UN CONTRAUNGHI:

- ↪ Ajustați viteza piesei contraunghi la viteza recomandată de:
 - ↪ **15 rpm** pentru Axiom® TL PX
 - ↪ **15 rpm** pentru Axiom® TL X3
 - ↪ **25 rpm** pentru Axiom® TL REG
- ↪ Cu ajutorul piesei contraunghi, înșurubați implantul în canal, până la adâncimea dorită. Procedura recomandată pentru implanturile Axiom® TL prevede o poziționare subcrestală de 0,5 mm și o poziționare subgingivală de 0,5 - 1 mm a implantului. În cazul în care, din motive legate de decizia clinică, clinicianul consideră necesară inserarea mai adâncă a implantului, se recomandă optimizarea preparării crestei cu instrumentele dedicate. Cheile și mandrinele implantului au marcaje pentru poziționarea verticală a implantului în raport cu structurile anatomice.
- ↪ La finalul procesului de înșurubare, orientați trilonul implantului cât mai aproape posibil în direcția corectă, în funcție de restaurarea protetică dorită și de cum este situată în gură. Pentru a face acest lucru, cheile și mandrinele de implant au 3 laturi, fiecare dintre ele reprezentate printr-un semn marcat pe corpul instrumentului.

Avertisment: verificați frecvent cuplul de strângere, pentru a vă asigura că nu depășește 80 Ncm. Dacă este necesar, slăbiți-l și strângeți-l din nou, pentru a reduce presiunea de inserție.

PLASAREA MANUALĂ: Folosind cheia cu clichet (disponibilă în trusă):

- ↪ Strângeți manual implantul în neoalveolei implantului folosind cheia pentru implant sau cheia manuală cu șurub pentru implant.
- ↪ Asamblați cheia chirurgicală cu clichet
- ↪ Înșurubați implantul în canal, până la adâncimea dorită. Procedura recomandată pentru implanturile Axiom® TL prevede o poziționare subcrestală de 0,5 mm și o poziționare subgingivală de 0,5 - 1 mm a implantului. În cazul în care, din motive legate de decizia clinică, clinicianul consideră necesară inserarea mai adâncă a implantului, se recomandă optimizarea preparării crestei cu instrumentele dedicate. Cheile pentru implant au marcaje pentru poziționarea verticală a implantului în raport cu structurile anatomice.
- ↪ La finalul procesului de înșurubare, orientați trilonul implantului cât mai aproape posibil în direcția corectă, în funcție de restaurarea protetică dorită și de cum este situată în gură. Pentru a face acest lucru, cheile și mandrinele de implant au 3 laturi, fiecare dintre ele reprezentate printr-un semn marcat pe corpul instrumentului.

Utilizarea instrumentului chirurgical universal:

- Instrumentul chirurgical universal poate fi utilizat în zona anterioară a maxilarului pentru a controla și ghida inserarea implantului Axiom® TL REG/PX/X3 de-a lungul axului implantului.
- ↪ Scoateți implantul din ambalaj cu ajutorul mandrinei de strângere trilobate.

- ↪ Înșurubați implantul în canal, până la adâncimea dorită. Procedura recomandată pentru implanturile Axiom® TL prevede o poziționare subcrestală de 0,5 mm și o poziționare subgingivală de 0,5 - 1 mm a implantului. În cazul în care, din motive legate de decizia clinică, clinicianul consideră necesară inserarea mai adâncă a implantului, se recomandă optimizarea preparării crestei cu instrumentele dedicate. Cheile și mandrinele implantului au marcaje pentru poziționarea verticală a implantului în raport cu structurile anatomice.
- ↪ La finalul procesului de înșurubare, orientați trilonul implantului cât mai aproape posibil în direcția corectă, în funcție de restaurarea protetică dorită și de cum este situată în gură. Pentru a face acest lucru, cheile și mandrinele de implant au 3 laturi, fiecare dintre ele reprezentate printr-un semn marcat pe corpul instrumentului.

Avertisment: la introducerea implantului cu cheia chirurgicală cu clichet sau cu instrumentul chirurgical universal, controlul cuplului de strângere nu este posibil. Cu toate acestea, este posibilă verificarea cuplului cu ajutorul unei chei dinamometrice pentru strângerea implantului.

Un cuplu prea mare poate deteriora conexiunea.

Dacă este necesar, slăbiți-l și strângeți-l din nou, pentru a reduce presiunea de inserție.

Etapa 5: Tratamentul țesutului moale, închiderea plăgii

- ↪ Selectați componenta de vindecare adecvată pentru tratament.
- ↪ Consultați instrucțiunile de utilizare pentru componentele de vindecare.

UTILIZAREA ȘURUBULUI DE ACOPERIRE:

- ↪ Scoateți șurubul de acoperire din ambalajul implantului.
- 1. Conectați cheia dinamometrică chirurgicală manuală la șurub.
- 2. Trageți de acesta pentru a-l elibera.
- ↪ Strângeți manual la <10 Ncm, fără a forța șurubul de acoperire în implant.
- ↪ Suturați deasupra șurubului de acoperire pentru a începe perioada de integrare.

14. Faza de vindecare

Timul de vindecare necesar pentru osteointegrare variază considerabil și depinde de fiecare pacient și de tratamentul individual.

Decizia cu privire la momentul încărcării implantului constituie răspunderea exclusivă a chirurgului. Dacă se utilizează componente provizorii în timpul fazei de vindecare, acestea nu trebuie poziționate în sub-ocluzie.

15. Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare despre utilizarea produselor Anthogyr, vă rugăm să contactați reprezentantul local de vânzări Anthogyr sau să contactați serviciul clienți Anthogyr sau să vizitați ifu.anthogyr.com și www.anthogyr.com.

Pentru informații mai specifice despre Axiom® TL REG/PX/X3, consultați:

- ↪ **Axiom® TL REG/PX:**
Ghid de utilizare chirurgical pentru Axiom® Multi Level® (AXIOM-MLC_NOT)
Căutați codul pe ifu.anthogyr.com: TOP40100R2
- ↪ **Axiom® TL X3:**
Ghid chirurgical de utilizare Axiom® TL X3 (AXIOM-TLX3_NOT)
Căutați codul pe ifu.anthogyr.com: TXT40100R2
- ↪ **Șurub de acoperire:**
Instrucțiuni de utilizare pentru componente de vindecare (063CICAT_NOT)
Căutați codul pe ifu.anthogyr.com: TSS-N0

Sub rezerva disponibilității Băncii europene de date referitoare la dispozitivele medicale (EUDAMED), rezumatul caracteristicilor de siguranță și de performanță clinică (SSCP) este disponibil la <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Până când EUDAMED va fi pe deplin funcțională, SSCP poate fi solicitat la Anthogyr la următoarea adresă: clinical@anthogyr.com.

Tipul produsului	UDI-DI de bază
Implant Axiom® TL	36633940018QV

16. Depozitarea

Păstrați aceste produse într-un loc curat și uscat, la temperatura camerei. Depozitarea necorespunzătoare poate compromite caracteristicile esențiale ale materialelor și designul, ceea ce poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

17. Gestionarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma intervenției (ambalajul, partea extrasă etc.) trebuie manipulate ca deșeuri medicale, răspunderea aparținând utilizatorului.

18. Informații care trebuie furnizate pacientului

Pacientului i se vor furniza informații referitoare la contraindicații, avertismente, precauții, reacții adverse și complicații legate de dispozitivele Anthogyr.

Pacientul trebuie informat în legătură cu compatibilitatea RMN a produsului Anthogyr utilizat.

Pacienții trebuie să se prezinte în mod regulat la controalele medicale și să se adreseze medicului în cazul oricărei modificări neașteptate a restaurării protetice.

Pacienții trebuie să fie informați despre necesitatea unei igiene orale regulate.

Pacientul trebuie să fie prudent în timpul primelor săptămâni de la intervenția chirurgicală.

Informațiile despre trasabilitate sunt disponibile pentru pacienți pe etichetele detașabile de pe dispozitiv.

19. Note

Medicul trebuie să dețină cunoștințele necesare de implantologie dentară și să fie familiarizat cu instrucțiunile de manipulare pentru produsele Anthogyr descrise în acest document, pentru a utiliza produsele Anthogyr în siguranță și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Produsele Anthogyr trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate de producător. Doar chirurgul dentar este responsabil pentru utilizarea adecvată a produselor Anthogyr în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și pentru a stabili dacă dispozitivul se potrivește situației individuale a pacientului.

Produsele Anthogyr fac parte dintr-o gamă completă și trebuie utilizate împreună cu componentele originale și instrumentele corespunzătoare distribuite de Anthogyr, societatea mamă și toate companiile afiliate sau filialele societății mamă („Straumann”), cu excepția cazului în care se specifică altfel în aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizarea unor produse ale unor terțe părți, care nu sunt distribuite de Anthogyr, anulează orice garanție sau altă obligație, explicită sau implicită, a Anthogyr.

Orice probleme asociate produsului trebuie raportate organizației locale Anthogyr, împreună cu produsul în cauză. În cazul unui eveniment grav, utilizatorul trebuie să depună un raport la organizația locală Anthogyr și la autoritatea competentă respectivă, în conformitate cu reglementările locale. De asemenea, Anthogyr oferă un serviciu de reclamații online în țările vizate.

20. Valabilitate

La publicarea acestui document, toate versiunile anterioare sunt înlocuite.

Toate drepturile rezervate Anthogyr.

Anthogyr® și/sau alte mărci comerciale și sigle Anthogyr® menționate aici sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Anthogyr.

21. Disponibilitate

Unele componente ale sistemului de implant Anthogyr nu sunt disponibile în anumite țări.

22. Simboluri

Tabelul următor descrie simbolurile care pot fi tipărite pe eticheta ambalajului. Consultați eticheta ambalajului pentru simbolurile aplicabile referitoare la produs.

Simbol	Descrierea simbolului	Sursa simbolului
	Producător	NF EN ISO 15223-1
	Data fabricației	NF EN ISO 15223-1
	Număr catalog	NF EN ISO 15223-1
	Cod lot	NF EN ISO 15223-1
	Serie	NF EN ISO 15223-1
	Consultați instrucțiunile de utilizare sau consultați instrucțiunile de utilizare electronice	NF EN ISO 15223-1
	Dispozitiv medical	NF EN ISO 15223-1
	Marcaj CE – conformitate cu reglementările actuale	Directiva 93/42/CEE MDR (EU) 2017/745

Simbol	Descrierea simbolului	Sursa simbolului
	Legea federală a Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către sau la comanda unui profesionist în medicina dentară.	21 CFR 801.109(b)(1)
	A se utiliza până la data	NF EN ISO 15223-1
	Sistem de barieră sterilă simplă	NF EN ISO 15223-1
	Sistem de barieră sterilă simplă cu ambalaj de protecție în interior	NF EN ISO 15223-1
	Sterilizat prin iradiere	NF EN ISO 15223-1
	A nu se resteriliza	NF EN ISO 15223-1
	Nesteril	NF EN ISO 15223-1
	Sterilizabil într-un sterilizator cu abur (autoclavă) la temperatura specificată	ISO 7000 - 2868
	Nesterilizabil într-un sterilizator cu abur (autoclavă) la temperatura specificată	Anthogyr
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat și a se consulta instrucțiunile de utilizare	NF EN ISO 15223-1
	A se feri de lumina soarelui	NF EN ISO 15223-1
	A nu se reutiliza	NF EN ISO 15223-1
	Atenție	NF EN ISO 15223-1
	Conține substanțe periculoase	NF EN ISO 15223-1
	Cuplu de înșurubare	Anthogyr
	Implant Axiom® TL REG + Șurub de acoperire	Anthogyr
	Implant Axiom® TL PX + Șurub de acoperire	Anthogyr
	Implant Axiom® TL X3 + Șurub de acoperire	Anthogyr